

(12) 臨床工学部業務状況

血液浄化部門		
施行件数	CHDF	16回
	HD	7回
	PE	0回
	PMX	2回
	CAP	1回
	CART	12回
	PBSCH	1回
	合計	39回

心カテーテル検査部門		
件数	CAG	7回
	PTCA	2回
	その他の造影および手技	9回
	FFR	2回
	IVC filter等	5回
	一時ペーシング	5回
	ペースメーカー植込み	5回
	合計	35回

その他		
件数	ペースメーカーチェック	71回
	RFA	46回
	合計	117回

備考	実習生受け入れ 2名	
----	------------	--

中央管理部門		
点検・修理件数	シリンジポンプ	85件
	輸液ポンプ	107件
	人工呼吸器	113件
	ベットサイドモニタ	167件
	12誘導心電計	3件
	除細動器	97件
	AED	52件
	IABP	3件
	合計	627件

手術部門		
日常定期点検件数	除細動器	226件
	麻酔器	8件
	電気メス	91件
	シリンジポンプ	1,311件
	TCIポンプ	602件
	CUSA	7件
	オーソパッド	9件
	腹腔鏡システム	737件
	モニター	7件
	タニケットシステム	72件
	立ち会い	112件
	修理・故障対応	264件
	合計	3,446件